

Zertifikat

Prüfmaterial: REMANIUM[®] CS + *
Hersteller: DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31, 75228 Ispringen

Prüfung:

Es wurde die folgende Prüfung (BSL No. 961104) zur Bestimmung der Biokompatibilität des Dentalmaterials nach ISO 10993-5, 1992: „Tests auf Zytotoxizität; *in vitro* Methoden“ durchgeführt.

ZYTOTOXIZITÄT

Die zelltoxische Wirkung des Prüfmaterials wurde im Zellkulturtest *in vitro* unter Verwendung von L 929-Zellen (Fibroblastenzelllinie) untersucht: Untersuchung von Materialien für Medizinprodukte mit Extraktionsmethode und mit Proteinbestimmung.

Testergebnis: Es wurden keine zelltoxisch wirkenden Substanzen aus dem Prüfmaterial freigesetzt.

BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH

Behringstraße 6/8

82152 Planegg

*ursprünglich geprüft als REMANIUM CS[®], Lot No.: 6089


Dr. Achim Albrecht

Head of *in vivo* Pharmacology/Toxicology

Datum: 02.06.2009