

Testzertifikat

Test	Cytotoxizität, L 929-Proliferation DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Testmaterial	Cobalt-Chrom-Legierung Remanium 2000 + ¹ , Bestell-Nr. 102-600-01 ¹ Änderung der ursprünglichen Testmaterialspezifikation entsprechend der Vorgabe des Auftraggebers
Hersteller	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstraße 31, D-75228 Ispringen
Testnummer	011516-20 (der vollständige Bericht liegt dem Kunden vor)
Testergebnis	Die Ergebnisse zeigen, daß aus der Cobalt-Chrom-Legierung Remanium 2000 + zelltoxisch wirkende Substanzen nicht freigesetzt werden.



Dr. Madlon Timme
Testleitung



Dr. Stephan Roßberger