

Certificat d'Analyse

Analyse	Cytotoxicité, prolifération L 929 DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Matériel	Alliage Remanium 2000 + à base de cobalt-chrome ¹ , numéro de commande 102-600-01 ¹ Changement des spécifications matérielles d'analyse original selon l'instruction du client
Fabricant	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstrasse 31, D-75228 Ispringen
Numéro d'analyse	011516-20 (le rapport complet est disponible chez le client)
Résultat d'analyse	Les résultats montrent que l'alliage Remanium 2000 + à base de cobalt-chrome ne dégage pas des substances cytotoxiques.



Dr. Madlon Timme
Responsable de l'analyse


p.p. Dr. Stephan Rossberger