

Certificato di Verifica

Tipo di test	Citotossicità, proliferazione L 929 DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Materiale testato	Remanium 2000 + - lega a base di cromo-cobalto ¹ , numero d'ordinazione 102-600-01
	¹ Cambiamento della specificazione materiale della prova originale secondo l'istruzione del cliente
Produttore	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstrasse 31, D-75228 Ispringen
Numero del test	011516-20 (il rapporto completo è a disposizione del cliente)
Esito del test	I risultati dimostrano che dalla lega a base di cromo-cobalto Remanium 2000 + non vengono liberate sostanze con effetti citotossici.



Dr. Madlon Timme
Ricercatore capo



Dr. Stephan Rossberger