

Testzertifikat

Test	Cytotoxizität, L 929-Proliferation EN ISO 10993-5, -12, EN ISO 9363-1, LM P 4-06, LM SOP 4-06-01
Testmaterial	CoCr-Legierung Remanium Secura, Lot-Nr. 11212
Hersteller	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstraße 31, D-75228 Ispringen
Testnummer	042690-20 (der vollständige Bericht liegt dem Kunden vor)
Testergebnis	Die Ergebnisse zeigen, daß aus der CoCr-Legierung Remanium Secura zelltoxisch wirkende Substanzen nicht freigesetzt werden.



Dipl.-Ing. (FH) Jana Vogel
Testleitung

i. A. U. Warden
Dr. Madlon Timme
Fachliche Leitung