

## Certificado de Prueba

Análisis	Citotoxicidad, proliferación L 929 EN ISO 10993-5, -12, EN ISO 9363-1, LM P 4-06, LM SOP 4-06-01
Material de Prueba	Aleación CoCr Remanium Secura, lote 11212
Fabricante	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstrasse 31, D-75228 Ispringen
Número de Prueba	042690-20 (el informe completo se haya a disposición del cliente)
Resultado de Prueba	El resultado demuestra que de la aleación CoCr Remanium Secura no se liberan substancias con efectos citotóxicos.

  
Dipl.-Ing. (FH) Jana Vogel  
Jefe de Pruebas

  
Dr. Madlon Timme  
Jefe Técnico