

Certificat d'Analyse

Analyse	Cytotoxicité, prolifération L 929 DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Matériel	Alliage Remanium Star à base de CoCrW, lot 10973
Fabricant	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstrasse 31, D-75228 Ispringen
Numéro d'analyse	022450-20 (le rapport complet est disponible chez le client)
Résultat d'analyse	Les résultats montrent que l'alliage Remanium Star à base de CoCrW ne dégage pas des substances cytotoxiques.



Dr. Madlon Timme
Responsable de l'Analyse



Dipl.-Ing. (FH) Anke Warschkow
Directeur Technique