

Certificato di Verifica

Tipo di test	Citotossicità, proliferazione L 929 DIN EN ISO 10993-5, -12, ISO 9363-1, LM SOP 4-06-01
Materiale testato	Remanium Star - lega a base di CoCrW, lotto 10973
Produttore	Dentaurum J.P. Winkelstroeter KG, Turnstrasse 31, D-75228 Ispringen
Numero del test	022450-20 (il rapporto completo è a disposizione del cliente)
Esito del test	I risultati dimostrano che dalla lega a base di CoCrW Remanium Star non vengono liberate sostanze con effetti citotossici.

M. Timme

Dr. Madlon Timme
Ricercatore Capo

A. Warschka

Dipl.-Ing. (FH) Anke Warschka
Manager Tecnico