

CERTIFICATO DI BIOCOMPATIBILITÁ

Materiale testato: Triloy – Lega per ceramica a base di CoCrMoW

Produttore: DENTAURUM J.P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31, D-75228 Ispringen

Prova: sono stati eseguiti i seguenti test sec. ISO 10993-5, 1992 per la determinazione della biocompatibilità dei materiali dentali: „Test di citotossicità; metodo *in vitro*“. I provini sono stati forniti dalla ditta DENTAURUM.

CITOTOSSICITÁ


La tossicità cellulare dei provini è stata verificata con test *in vitro* in celle di coltura; sono state utilizzate L 929 cellule (fibroblasti); ricerche di materiali e prodotti medicali con metodi di estrazione e determinazione delle proteine.

Risultato della prova: Triloy – Lega per ceramica a base di CoCrMoW non ha mostrato alcun effetto di citotossicità.

BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH - Monaco di Baviera

Behringstraße 6

D-82152 Planegg


Dr. Albrecht Poth
Data: 13.01.2000

